

Risico's:

- Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen
- De effectieve stralingsdosis is +/- 1 mSv
- In het geval van een chronische inflammatoire omstandigheid, een kleine bekken infectie of een onbehandelde seksuele overdraagbare ziekte, moet de arts of röntgenlaborant worden verwittigd.
- Vrouwen moeten altijd hun arts of röntgenlaborant verwittigen indien ze mogelijks zwanger zijn.

Welke zijn de beperkingen van het onderzoek?

HSG laat enkel het binnenste van de baarmoeder en eileiders zien. Afwijkingen van de eierstokken, baarmoederwand en andere structuren in het kleine bekken kunnen worden onderzocht met NMR of echografie
Bepaalde onvruchtbaarheidsproblemen, zoals onmogelijkheid tot inplanting van een bevrucht ei in de baarmoeder, kunnen oorzaken hebben die niet gezien worden met HSG.

Kosten voor de patiënt

Er wordt gewerkt met het systeem van derde betaler.





Uw gezondheid, onze zorg.

Dienst Radiologie
T 051 42 50 30
secretariaat.mbv@sintandriestielt.be

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84
8700 Tielt

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

24.11.2017

